

DPD N° 01 GRADO INSTRUMENTAL EN PASTILLAS PARA ANALISIS DE CLORO RESIDUAL LIBRE EN AGUAS

Ficha Técnica

Ensayo frecuente:

Ensayo	Especificación	Resultado
0.0 ppm Cloro	0.0 ppm	Pasa
0.5 ppm Cloro	0.4 – 0.6 ppm	Pasa
1.0 ppm Cloro	0.9 – 1.1 ppm	Pasa
3.0 ppm Cloro	2.9 – 3.1 ppm	Pasa



Descripción

Reactivo químico en pastillas especial para análisis de Cloro Residual Libre en aguas.

Penetración de Cloramina: < 0.1 ppm
Apariencia : Tabletas blanco tiza

Características

Marca : LaMotte
Procedencia: USA
Código : 6903A-M
Nombre Químico:
N,N'-Difenil-p-Fenilendiamina
Turbidez: 99 – 101% T
PH : 6.2 – 6.4

Usos

- Análisis de cloro residual libre en aguas utilizando
- Kits comparadores de cloro grado instrumental y visual.